

Pismo: WIWa.272.12.2012/4

Bydgoszcz dnia: 2012-06-25

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-06-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Kultury mikrobiologiczne IV,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy zad. nr 1

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie z ww. zadania podłoży w butelkach (poz. 1-3)?

Pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę Oferentów, co zwiększy konkurencyjność i pozwoli na wybór najkorzystniejszej cenowo oferty.

2. Czy zamawiający dopuści w poz. 4 podłoże o następującym składzie ?

Enzymatyczny hydrolizat kazeiny	8g/l
Sorbitol	7g/l
Sole żółci	1,5 g/l
SLS	0,1 g/l
Mieszanina chromogenna	0,25 g/l
Agar	15 g/l

+ suplement zawierający nowobiocynę i tellury potasu ?

3. Czy zamawiający dopuści w poz. 5 podłoże o następującym składzie (g/l)?

Pepton specjalny	23,0
Chlorek sodu	5,0
Ekstrakt drożdżowy	1,0
Ekstrakt mięsny	5,0
Chlorek litu	5,0
Rhamnoza	10,0
Czerwień fenolowa	0,12
Mieszanina chromogenna	5,13
Ceftazidime	0,004
Amphotericin B	0,005
Agar	13,0

pH 7,3+/-0,2 ?

4. Czy zamawiający odstąpi od wymogu, by na stronie internetowej była możliwość ściągnięcia certyfikatu kontroli jakości, skoro do każdej dostawy dokładany jest ww. certyfikat, a poza tym jest on przesyłany na każde żądanie Zamawiającego ?

5. Dotyczy zad. nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży (poz. 1-3) z terminem ważności min. 6 m-cy ?

Czy zamawiający dopuści podłoże PCA, które należy przechowywać w tem 2-80C ?

6. Czy zamawiający dopuści możliwość braku konieczności dostarczenia dla zad. nr 1 "Pożywki gotowe w butelkach szklanych lub plastikowych, pożywki gotowe na płytkach" w punkcie 1, 2, 3 i 5 dla Wykonawców sprawdzonych przez Zamawiającego co do jakości oferowanych w przetargu produktów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zad. Nr 1 poz. 1 – 3.

Ad. 2 Zamawiający informuje, że w poz. 4 dopuści tylko podłoże o składzie podanym w specyfikacji.

Ad. 3 Zamawiający informuje, że dopuści w poz. Nr 5 tylko podłoże o składzie podanym w specyfikacji.

Ad. 4 Zamawiający informuje, że odstąpi od wymogu, by na stronie internetowej była możliwość ściągnięcia certyfikatu kontroli jakości, pod warunkiem, że do każdej z dostaw będzie dołączany właściwy certyfikat.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podłoża z krótszym terminem ważności (poz. 1 – 3). Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podłoża PCA, które należy przechowywać w tem 2-8⁰C.

Ad. 6 Zamawiający dopuści możliwość braku konieczności dostarczenia próbek dla Wykonawców, którzy w ostatnim roku dostarczali do Zamawiającego pożywki pod warunkiem, że postać i właściwości pożywek nie uległy zmianie,

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Kujawsko - Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Bogumiła W. Mikołajczak