

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 21-26.11.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

Produkty z tworzyw sztucznych III,

Treść wspomnianych próśb jest następująca :

Pytania Wykonawcy nr 1:

Czy Zamawiający nie pomylił się w podanych wymiarach worka do stomachera 303 mm x 17 mm x 65 mm? Podane przez Zamawiającego worki pod nazwą handlową BagPage Plus 400 ze ścianką filtrującą w katalogu producenta mają wymiary 190 x 300 mm.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający podając wymiar 17 mm, miał na myśli szerokość samej ścianki filtrującej, natomiast wymiary zewnętrzne istotnie wynoszą 190 x 300 mm.

Pytania Wykonawcy nr 2:

Dotyczy: Zadania nr 4

1. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie worków pakowanych po 500 sztuk w opakowaniu?

Dotyczy: Zadania nr 8

2. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie końcówek pakowanych po 1000?

Dotyczy: Zadania nr 14

3. Czy dodatkowe filtry do pipetora mają mieć średnicę porów 0,2µm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1, zad. nr 4 – Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie worków pakowanych po 500 szt. w opakowaniu.

Ad. 2, zad. nr 8 – Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie końcówek pakowanych po 1000 szt.

Ad. 3, zad. nr 14 – Dodatkowe filtry do pipetora mają mieć średnicę porów 0,2 µm.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

WK

Zamawiający

Z-ca Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Roman Ratyński