

**Pismo: WIWa.272.4.3.2012**

Bydgoszcz dnia: 2012-03-15

## **ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-03-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

### **Czynniki diagnostyczne I**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Punkt 12.

Do oferty Wykonawca dołączy oświadczenie iż po wygraniu przetargu zobowiązuje się do zainstalowania na komputerze Zamawiającego funkcjonalnej aplikacji kompatybilnej z oprogramowaniem Vet-Link Firmy Marcel Sp. i o.o.

Do oferty Wykonawca dołączy, pismo f-my Marcel potwierdzające możliwość, skonfigurowania oprogramowania u Zamawiającego celem spełnienia wymagań przetargowych w zakresie interpretacji otrzymywanych wyników badań , do obsługi testów ELISA ID Screen Blue Tongue Earfy Detection oraz potwierdzenie ii po wygraniu przetargu przez Wykonawcę \_BHT ANIMAL TRADE Sp, z o.o. f-ma Marcel dokona skonfigurowania oprogramowania u Zamawiającego a koszty z tym związane zostaną pokryte przez Wykonawcę. Aplikacja zapewni:

- automatyczne sterowanie pracą czytnika poprzez komputer,
- automatyczną walidację testu w czasie odczytu oraz wyliczanie wyników badań i ich interpretację,
- wykonywanie zestawień wyników badań w formie graficznej i arytmetycznej, automatyczne umieszczanie na wyniku informacji o numerze serii i dacie ważności zestawu,
- odnajdywanie danych poprzez wyszukiwarkę programu.

Punkt 13. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do oferty aplikację do wykonania testu w formie specyfikacji parametrów oraz instrukcji do manualnego ich wprowadzenia , w postaci zbioru poleceń dla aparatu ETI-MAX 3000, w wersji programowej 1,7 stanowiącym własność zamawiającego.

Aplikacja będzie dostarczona w formie zapisu na trwałym nośniku lub w formie papierowej jako zbiór poleceń dla aparatu do wprowadzenia z klawiatury analizatora. Instalacja aplikacji zostanie, wykonana przez pracownika Wykonawcy w obecności kierownika pracowni Zamawiającego.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

**Zad. nr 2 - pkt. 12**

Zamawiający wymagał dołączenia do oferty do wglądu/oceny na trwałym nośniku, w pełnej wersji, w języku polskim lub w języku angielskim, programu komputerowego producenta testów wraz z jego instrukcją obsługi w języku polskim.

Program musi zapewniać:

- automatyczne sterowanie pracą czytnika poprzez komputer,
- automatyczną walidację testu w czasie odczytu oraz wyliczanie wyników badań i ich interpretację,
- wykonywanie zestawień wyników badań w formie graficznej i arytmetycznej,
- automatyczne umieszczanie na wyniku informacji o numerze serii i dacie ważności zestawu,
- odnajdywanie danych poprzez wyszukiwarkę programu,
- kompatybilność z programem Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.).

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ w treści zaproponowanej przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż po wygraniu przetargu zobowiązuje się do zainstalowania na komputerze Zamawiającego, funkcjonalnej aplikacji kompatybilnej z oprogramowaniem Vet-link firmy Marcel Sp. z o. o.

Warunkiem pozytywnej oceny oferty Wykonawcy jest dołączenie pisma firmy Marcel potwierdzającego możliwość skonfigurowania oprogramowania u Zamawiającego celem spełnienia wymagań przetargowych w zakresie interpretacji otrzymywanych wyników badań, do obsługi testów ELISA ID Screen Blue Tongue Early Detection oraz potwierdzenie, iż po wygraniu przetargu przez Wykonawcę firma Marcel dokona skonfigurowania oprogramowania u Zamawiającego, a koszty z tym związane zostaną pokryte przez Wykonawcę.

Aplikacja musi zapewnić:

- automatyczne sterowanie pracą czytnika poprzez komputer, automatyczną walidację testu w czasie odczytu oraz wyliczanie wyników badań i ich interpretację,
- wykonywanie zestawień wyników badań w formie graficznej i arytmetycznej, automatyczne umieszczanie na wyniku informacji o numerze serii i dacie ważności zestawu,
- odnajdywanie danych poprzez wyszukiwarkę programu.
- 

**Zad. nr 2 - pkt. 13**

Zamawiający wymagał zobowiązania Wykonawcy do załączenia do oferty bezpłatnie, na trwałym nośniku, w pełni funkcjonalnej aplikacji, która umożliwi przeprowadzenie badań oferowanymi testami z użyciem sprzętu Zamawiającego, oraz o ile okaże się to niezbędne, zapewni dla oferowanego testu zmianę konfiguracji urządzeń, tak aby umożliwiło to wykonanie badań w liczbie określonej przez dostawcę sprzętu.

Aplikacja musi zapewnić kompatybilność z oprogramowaniem aparatu ETI-MAX 3000, wersja prog.1.7. oraz z programem Vet-Link (Marcel Sp. z o. o.). Do aplikacji musi być dołączona pisemna pozytywna opinia autoryzowanego serwisu aparatu ETI-MAX 3000 dotycząca możliwości zainstalowania w/w aplikacji na sprzęcie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia działania aplikacji. Przed przystąpieniem do instalacji (sprawdzenia), Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania zobowiązania o poniesieniu kosztów naprawy lub ponownej kalibracji sprzętu w wypadku, gdy wskutek instalacji aplikacji dostarczonej przez Wykonawcę, nastąpi usterka lub dekalibracja sprzętu Zamawiającego. Instalacji zaakceptowanej aplikacji dokonuje dostawca sprzętu po podpisaniu umowy przez Zamawiającego z dostawcą testów.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ w treści zaproponowanej przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty aplikację do wykonania testu w formie specyfikacji parametrów oraz instrukcję do manualnego ich wprowadzania, w postaci zbioru poleceń dla aparatu ETI-MAX 3000, w wersji programowej 1,7 stanowiącego własność Zamawiającego.

Aplikacja musi być dostarczona w formie zapisu na trwałym nośniku lub w formie papierowej jako zbiór poleceń dla aparatu do wprowadzenia z klawiatury analizatora. Instalacja aplikacji zostanie wykonana przez pracownika Wykonawcy w obecności Kierownika Pracowni Zamawiającego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Z-ca Kujawsko - Pomorskiego  
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

*Romana Ratyńskiego*

a/a

WK