

Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz

Pismo: WIWa.272.10.3.2013

Bydgoszcz dnia: 2013-05-13

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2013-05-08 do 2013-05-10 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Kultury mikrobiologiczne II,

Treści wspomnianych próśb są następująca:

Wykonawca nr 1:

Zadanie nr 4:


Produkt Petrifilm E.coli/coliform Count Plates nie występuje w opakowaniach po 100 sztuk. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie ww. produktu w ilości 20 opakowań po 50 sztuk?

Wykonawca nr 2:

Zadanie nr 6, poz. 4-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktów nie widniejących w Wykazie wyrobów do diagnostyki In vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.

Dotychczas do wprowadzenia na Polski rynek niniejszych produktów do diagnostyki chorób ryb firmy Test-Line wystarczające było polecenie niniejszych produktów przez Państwowy Instytut Weterynarii Państwowy Instytut Badawczy w Puławach do badań. W obecnej sytuacji, gdy wymagany jest Wpis do Wykazu wyrobów do diagnostyki In vitro stosowanych

Handwritten signature and stamp in the bottom left corner.

w medycynie weterynaryjnej, do którego z kolei niezbędna jest pisemna opinia PIWet, wydawana na podstawie wnikliwych i czasochłonnych badań (trwające do 2 miesięcy) nie jesteśmy w stanie przedłożyć wymaganej dokumentacji do niniejszego postępowania przetargowego.

Wobec powyższego prosimy zamawiającego o wykreślenie wymagania do zadania o treści:

1.1. Test musi być wpisany do Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.

Wykonawca nr 3:

Zadanie nr 8:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 podłoża chromogenego Salmonella plus transparentnego?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 podłoża o następującym składzie:

Skład podłoża w g/l:

Mieszanina chromogenna	1,3 g
Pepton z ekstraktem drożdżowym	8,0 g
Mieszanina soli	8,5 g
Suplement (S)	6,0 g
Suplement (SU702)	1,0g
Agar	15,0 g
pH	7,5 +/- 0,2 temp. 25 ⁰ C

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 podłoża o następującym składzie:

Skład podłoża w g/l:

Pepton kazeinowy	17,5 g
Skrobia kukurydziana	1,5 g
Wyciąg mięsny	2,0 g
Wyciąg drożdżowy	15,0 g
K ₂ HPO ₄	3,0 g
Pirogronian sodu	1,0 g
Głukoza	2,0 g

Agar	20,0 g
pH	7,3 +/- 0,2

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zaoferować w pozycji 1 termin ważności wynoszący 11 tygodni?

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zaoferować w pozycji 2 termin ważności wynoszący 11 tygodni?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Wykonawca nr 1:

Zadanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktu w ilości 20 opakowań po 50 sztuk.

Wykonawca nr 2:

Zadanie nr 6, poz. 4-6

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie produktów nie widniejących w „Wykazie do wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej”, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.

Wykonawca nr 3:

Ad. 1, zad. nr 8, poz. nr 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na podłoże chromogenne Salmonella plus transparentne, barwa podłoża musi być biało-kremowa.

Ad. 2, zad. nr 8, poz. nr 1 – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoża o następującym składzie: mieszanina chromogenna 1,3 g/l, pepton z ekstraktem drożdżowym 8,0 g/l, mieszanina soli 8,5 g/l, suplement (S) 6,0 g/l, suplement (SU702) 1,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH 7,5 +/- 0,2 temp. 25⁰ C.

Ad. 3, zad. nr 8, poz. nr 2 – Zamawiający prosi pożywkę o następującym składzie: bulion Muller-Hintona 10,0 g/l, wyciąg drożdżowy 15,0 g/l, K₂HPO₄ 3,0 g/l, pirogronian sodu 1,0 g/l, agar-agar 20,0 g/l, glukoza 2,0 g/l, pH 7,1±0,2.

Ad. 4 – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu ważności dla poz. 1 na 11 tygodni.

Ad. 5 - Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu ważności dla poz. 2 na 11 tygodni.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Roman Ratyński