

Inspekcja Weterynaryjna  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  
Powstańców Wielkopolskich 10  
85-090 Bydgoszcz

Pismo: WIWa.272.11.10.2013

Bydgoszcz dnia: 2013-06-11

wg rozdzielnika

**POWIADOMIENIE**  
**o wyborze najkorzystniejszej oferty**  
**dla zadania częściowego nr 1**

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

**Odczynniki chemiczne III**

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

**SHIM-POL A.M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka spółka jawna**

**Lubomirskiego 5**

**05-080 Izabelin**

na:

**Zadanie nr 1 - Kolumienki do SPE za cenę 7 749.00 zł**

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu	Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)	Cena (koszt)	Cena (koszt)	Razem
1	SHIM-POL A.M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka spółka jawna Lubomirskiego 5 05-080 Izabelin (7)	100,00	0,00	100,00
1	WITKO Sp. z o.o. Piłsudskiego 143 92-332 Łódź (2)	95,89	0,00	95,89

1	POCH S.A. Sowińskiego 11 44-101 Gliwice (6)	77,78	0,00	77,78
---	--	-------	------	-------

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1	3 Anchem Sp. j. Międzyborska 23 01-041 Warszawa	Art. 89. ust.1 pkt 2 Brak poprawności merytorycznej Uzasadnienie: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 wymagał, aby średnia wielkość ziarna wynosiła około 60 µm. Z certyfikatu przedstawionego przez Wykonawcę wynika, że wielkość ziarna jest za mała (45 µm).
2	5 VWR International Sp. z o. o. Owocowa 6 30-434 Kraków	Art. 89. ust.1 pkt 2 Brak poprawności merytorycznej Uzasadnienie: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 wymagał, aby średnia wielkość ziarna wynosiła około 60 µm. Z certyfikatu przedstawionego przez Wykonawcę wynika, że wielkość ziarna jest za mała (45 µm).
3	4 PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. Puławska 303 02-785 Warszawa	Art. 89. ust.1 pkt 2 Brak poprawności merytorycznej Uzasadnienie: W opisie przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 Zamawiający wymagał, aby kolumnienki zawierały żel krzemionkowy. Z przedstawionego przez Wykonawcę certyfikatu wynika, że kolumnienki zawierają fazę C-18, co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego.


Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z-ca Kujawsko - Pomorskiego  
Województwa s. Lek. Weterynarii



Roman Rzączyński

Rozdzielnik:

1. Cereus Wena s.j., Toruń;
2. S. WITKO, Łódź;
3. Anchem s.j., Warszawa;
4. Perlan Technologies Polska SP. z o.o., Warszawa;
5. VWR International Sp. z o. o., Kraków;
6. POCH S.A., Gliwice;
7. SHIM-POL sp. j., Izabelin;
- ✓8. a/a