

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-23 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

Produkty z tworzyw sztucznych V,

Treść wspomnianej próśb jest następująca :

Pytania Wykonawcy nr 1:

zadanie 2

- Czy Zamawiający dopuszcza radiosterylne ezy pakowane po 40 szt. w opakowanie do wielokrotnego otwierania? Ezy w opakowanie wielokrotnego otwieranie ze struną nie mogą być radiosterylne , tylko aseptyczne (SAL 10-3) .

Pytania Wykonawcy nr 2

Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania Płytki w op.=15 szt.?

Zadanie 1, poz. 2

Czy Płytki mają być z płaskim czy wypukłym dnem?

Zadanie 1, poz.5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania płytki z żebrami wentylacyjnymi?

Pytanie Wykonawcy nr 3

Pakiet 1 poz 2

Czy Zamawiający dopuści płytki Petriego o średnicy 60 mm?

Pakiet nr 1 poz.1,2

Zamawiający sugeruje ilość sztuk w opakowaniach, czym ogranicza wolną konkurencję. Nasza firma sprzedaje asortyment wymieniony w zadaniu nr 1 w innych opakowaniach niż to opisał Zamawiający. By ułatwić każdemu Wykonawcy przystąpienie do Zadania nr 1 prosimy o możliwość wyceny za 1 sztukę zachowując przetargową ilość

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odpowiedź na pytania Wykonawcy nr 1

Zad. nr 2 – Zamawiający nie wyraża zgody na ezy pakowane po 40 szt., materiał może być aseptyczny (SAL 10-3).

Odpowiedź na pytania Wykonawcy nr 2

Ad. 1, zad. nr 1, poz. nr 1 – Zamawiający dopuści do zaferowania płytki w opakowaniach po 15 szt.

Ad. 2, zad. nr 1, poz. nr 2 – Płytki Petriego mają być z płaskim dnem.

Ad. 3, zad. nr 1, poz. nr 5 – Zamawiający nie dopuści do zaoferowania płytek z żebrami wentylacyjnymi.

Odpowiedź na pytania Wykonawcy nr 3

Ad. 1, zad. nr 1, poz. nr 2 – Zamawiający nie dopuści płytek Petriego o średnicy 60 mm.

Ad. 2, zad. nr 1

- **poz. nr 1** - Zamawiający wyraża zgodę na nie więcej niż 30 szt. płytek w opakowaniu.

- **poz. nr 2** – Zamawiający wyraża zgodę na mniejszą ilość płytek w opakowaniu przy zachowaniu przetargowej ilości.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z up. Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Koordynator
Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Mieczysław Kowalik

a/a

WK