

**Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz**

Pismo: WIWa.272.25.3.2013

Bydgoszcz dnia: 2013-11-14

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 08-13.11.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Sprzęt laboratoryjny,

Treść wspomnianych próśb są następujące:

Wykonawca nr 1:

Zadanie nr 1: Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym dołączenia instrukcji obsługi aparatu w języku polskim do dokumentów przetargowych. W chwili obecnej dysponujemy instrukcją obsługi w języku angielskim. Ze względu na bliski termin otwarcia ofert, który wypada na 18 Listopada 2013, nie jesteśmy w stanie zdążyć z tłumaczeniem bardzo obszernego materiału. Biorąc pod uwagę powyższe, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatu, zakładając, że Foss Polska Sp. z o.o. zostanie wybrana jako firma z najlepszą ofertą do zadania 1?

Wykonawca nr 2:

Zadanie nr 6: Komora laminarna:

1. Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach blatu roboczego długość 119 cm x głębokość 60 cm, lub długość blatu 120 cm i głębokość 60 cm?

Zadanie nr 15: komora laminarna z pionowym przepływem powietrza

1. Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wewnętrznych : szerokość 1840 x gł 600 x wysokość 650 mm?

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie BEZ powłoki antybakteryjnej?

Wykonawca nr 3:

Zadanie nr 5 - Zamrażarka laboratoryjna głębokiego mrożenia z monitoringiem

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę ze sterownikiem mikroprocesorowym umieszczonym na wysokości oczu operatora z odczytem cyfrowym ale z ekranem graficznym o rozbudowanym systemie monitorowania i alarmów zgodnym z wymaganiami? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o głębokości zewnętrznej 822 mm oraz zachowaniu pozostałych wymiarów oraz pojemności urządzenia? Głębokość zewnętrzna zaproponowanej zamrażarki z uwzględnieniem klamki wynosi 845 mm. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie z jakiego powodu Zamawiający rezygnuje z urządzenia o mniejszych wymiarach przy zachowanej pojemności.
3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wadze 270 kg? Jest to mniejsza waga od wymaganej przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zadanie nr 13 - Chłodziarka jednokomorowa szafa

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z cyfrowym wyświetlaczem LED z zachowaniem pozostałych wymagań. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma typ wyświetlacza.

Zadanie nr 16 - Zmywarka laboratoryjna

1. Czy Zamawiający dopuści zmywarkę o wysokości zewnętrznej 84 cm oraz głębokości zewnętrznej 63 cm? Podane wymiary zewnętrzne zmywarki minimalnie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
2. Czy Zamawiający dopuści zmywarkę o wysokości wewnętrznej 55 cm, szerokości wewnętrznej 54 cm oraz głębokości wewnętrznej 51 cm? Podane wymiary wewnętrzne zmywarki minimalnie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
3. Czy Zamawiający dopuści zmywarkę wyposażoną w wydajną pompę główną o wydajności 400 l/min ale z grzałkami o mocy 5,7 kW? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.
4. Czy Zamawiający dopuści zmywarkę wyposażoną w wydajną pompę główną o wydajności 400 l/min ale z grzałkami o mocy 8 kW? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.
5. Czy Zamawiający dopuści zmywarkę o poziomie hałasu 56 dB? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.
6. Czy Zamawiający dopuści zmywarkę z detergentami - alkalicznym i neutralizatorem kwaśnym, dedykowanymi do zaproponowanej zmywarki, każdy o pojemności 5l ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Wykonawca nr 4:

Zadanie nr 6:

1. Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach zewnętrznych (Sz x G x W): 1300 x 798 x 1550mm?
2. Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wewnętrznych (Sz x G x W): 1200 x 630 x 780mm?
3. Czy dopuszcza się komorę ze ścianami bocznymi pełnymi?
4. Czy komora powinna być wyposażona w co najmniej 2 wentylatory stałoprądowe?
5. Czy dopuszcza się wyświetlacz LED?
6. Czy komora musi posiadać certyfikat EN 12 469 i czy kopię należy dołączyć do oferty?
7. Czy dopuszcza się blat perforowany wykonany ze stali nierdzewnej dzielony na segmenty?
8. Czy Zamawiający dopuści komorę nie wyposażoną w podpórki pod ręce?
9. Czy Zamawiający dopuści komorę z szybą przednią podnoszoną na zawiasach?
10. Czy Zamawiający wymaga, aby szyba posiadała funkcję niskiego opuszczania w celu czyszczenia wewnętrznej powierzchni szyby poprzez łatwy dostęp nad jej górną krawędzią?

Zadanie nr 15:

1. Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach zewnętrznych (Sz x G x W): 1300 x 798 x 1550mm?
2. Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wewnętrznych (Sz x G x W): 1200 x 630 x 780mm?
3. Czy dopuszcza się komorę ze ścianami bocznymi pełnymi
4. Czy dopuszcza się komorę laminarną wyposażoną w filtry HEPA, zgodnie z wymogami normy EN 12 469?
5. Czy Zamawiający wymaga, aby szyba posiadała funkcję niskiego opuszczania w celu czyszczenia wewnętrznej powierzchni szyby poprzez łatwy dostęp nad jej górną krawędzią?
6. Czy komora powinna być wyposażona w co najmniej 2 wentylatory stałoprądowe?

Zadanie nr 17:

1. Czy dopuszcza się termo blok o wymiarach: 22 x 33 x 9,5cm?
2. Czy urządzenie powinno posiadać co najmniej 30 programów?

Wykonawca nr 5:

Zadanie nr 6 – komora laminarna z pionowym przepływem powietrza:

1. Czy dopuszcza się zaoferowanie komory o szerokości zewnętrznej 790 mm, umożliwiającej jej wniesienie przez drzwi o szerokości 800 mm? Jeśli Zamawiający nie dopuści niniejszego parametru, prosimy o uzasadnienie.
2. Czy dopuszcza się komorę z czytelnym, kolorowym wyświetlaczem LCD - sterownikiem z przyciskami dotykowymi w formie tabletu? Jeśli Zamawiający nie dopuści niniejszego parametru, prosimy o uzasadnienie.

Dot. terminu dostawy:

1. Czy w związku z 30-dniowym terminem związania z ofertą, tj. do 17.12.2013r., a jednocześnie wymaganiem dotyczącym dostawy sprzętu w terminie do 13.12.2013r., Zamawiający może określić termin dostawy urządzeń: do 2 - 3 tygodni od daty podpisania umowy? Ma to na celu uniknięcie teoretycznie możliwej sytuacji, w której umowa zostanie podpisana kilka dni przed wymaganą dostawą sprzętu objętego niniejszym postępowaniem przetargowym.

Wykonawca nr 6:

Zadanie nr 8 – Lodówka laboratoryjna:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy lodówki laboratoryjnej do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty z pośród większej liczby ofert.

Wykonawca nr 7:

Zadanie nr 19:

1. Czy dopuszczają Państwo autoklaw o pojemności 85L?
2. Czy dopuszczają Państwo autoklaw o wymiarach komory 380mm szerokość 690mm ?
3. Czy dopuszczają Państwo autoklaw o wymiarach zewnętrznych 73x100x70 (Szerokość x Wysokość x Głębokość cm)
4. Czy wymagają Państwo aby autoklaw był wyposażony w dwie niezależne sondy do jeszcze lepszego monitorowania temperatury w sterylizowanych wsadach?
5. Czy dopuszczają Państwo autoklaw który pracuje w zakresie temperatur 105-140°C z dokładnością do 0.1 °C
6. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie autoklawu w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

7. Czy zamawiający dopuszcza autoklaw w którym czas sterylizacji można regulować w zakresie od 1-99 minut?
8. Czy zamawiający wymaga dostarczenia konwertera moxa jeżeli autoklaw nie wymaga zastosowania takiego konwertera do podłączenia z komputerem?

Wykonawca nr 8:

Zadanie nr 10 - Inkubator z naturalnym obiegiem powietrza

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatorów o zakresie temperatur od 5 do 80°C, o pojemności 256 l., o wymiarach zewnętrznych: szer. x wys. x gł. - 824 x 1186 x 684 mm. i wymiarach wewnętrznych: szer. x wys. x gł. - 640 x 800 x 500 mm spełniających wszystkie pozostałe wymagania zamawiającego?

Wykonawca nr 9:

Zadanie nr 5 - Zamrażarka laboratoryjna głębokiego mrożenia z monitoringiem:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę, której pojemność wynosi 505 litrów?
2. Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę z 4 niezależnymi sekcjami wewnętrznymi, w których można umieścić dodatkowe półki?
3. Czy Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie, w którym skuteczny system chłodzenia umieszczony jest w półkach?
4. Czy w nawiązaniu do punktu mówiącego o izolacji Zamawiający zgodzi się na izolację z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości wstrzykiwanej pod ciśnieniem?
5. Czy Zamawiający może sprecyzować gdzie mają być rejestrowane dane? Czy w związku z tym Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym parametry mogą być zapisane na przenośną pamięć USB lub kartę SD o dużej pojemności oraz umożliwiając podłączenie do komputera za pomocą portu USB, RS485 lub Ethernet? Czy ze względu, że rejestracja parametrów pracy jest zależna od pojemności nośnika, Zamawiający zgodzi się na niepodawanie ilości lat monitorowanych wartości?
6. Czy w związku z posiadaniem przez zamrażarkę izolacji piankowej oraz większej pojemności Zamawiający zgodzi się na następujące wymiary zewnętrzne: wys. 1840 x szer. 970 x gł. 960?
7. Czy Zamawiający zgodzi się na instrukcję obsługi w języku angielskim?
8. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o jeden lub dwa tygodnie?
9. Czy Zamawiający zgodzi się na reakcję serwisu w przeciągu 72 godzin od daty zgłoszenia?

Zadanie nr 6 - Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę laminarną, której wymiary zewnętrzne wynoszą (szer. x gł. x wys.): 1303 x 798 x 1248 mm?
2. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę laminarną, której wymiary zewnętrzne wynoszą (szer. x gł. x wys.): 1360 x 792 x 1455 mm?
3. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę laminarną, której wymiary zewnętrzne wynoszą (szer. x gł. x wys.): 1380 x 840 x 1450 mm?
4. Czy Zamawiający zgodzi się na któryś z przedstawionych poniżej wariantów wymiarów przestrzeni roboczej (szer. x gł. x wys.):
 - a) 120 x 65 x 72 cm?
 - b) 118,3 x 60 x 65 cm?
 - c) 123 x 60 x 70 cm?

W każdym z przypadków pojemność przestrzeni roboczej jest większa od wymaganej, co powinno stanowić korzyść dla Operatora.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie komory bez zaokrąglonych krawędzi wewnętrznych?
6. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę bez przeszklonych szyb bocznych, natomiast z konstrukcją w postaci podwójnej ściany, której wewnątrz pozostaje w podciśnieniu, zabezpieczając dodatkowo wewnątrz oraz stronę zewnętrzną przed skażeniem w przypadku rozszczelnienia komory?
7. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę, której szyba nachylona jest pod kątem 4 stopni?
8. Czy Zamawiający zgodzi się na monochromatyczny wyświetlacz LCD?
9. Czy zamiast zmieniającego się koloru tła ekranu Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie, w którym wszelkie stany alarmowe sygnalizowane są przez dedykowane kolorowe diody?
10. Czy Zamawiający zgodzi się na instrukcję obsługi w języku angielskim?
11. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o jeden lub dwa tygodnie?
12. Czy Zamawiający zgodzi się na reakcję serwisu w przeciągu 72 godzin od daty zgłoszenia?

Zadanie nr 10 Inkubator z naturalnym obiegiem powietrza:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na inkubator o pojemności 242 litry?
2. Czy Zamawiający zgodzi się na wymiary wewnętrzne wynoszące (szer. x wys. gł.): 50 x 98 x 49,4 cm?
3. Czy Zamawiający dopuści inkubator o następujących wymiarach zewnętrznych (szer. x wys. x gł.): 62,6 x 123,0 x 67,95 cm?

4. Czy Zamawiający zgodzi się, aby wewnątrz było wykonane ze stali nierdzewnej, natomiast strona zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo?
5. Czy Zamawiający zgodzi się na inkubator z jednymi drzwiami zewnętrznymi, bez podziału na skrzydła?
6. Czy Zamawiający zgodzi się na wyświetlacz monochromatyczny?
7. Czy Zamawiający zgodzi się na instrukcję obsługi w języku angielskim?
8. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o jeden lub dwa tygodnie?
9. Czy Zamawiający zgodzi się na reakcję serwisu w przeciągu 72 godzin od daty zgłoszenia?

Zadanie nr 15 - Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na któryś z przedstawionych poniżej wariantów wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych (szer. x gł. x wys.): 1860 700 710
 - a) wewnętrzne: 1800 x 650 x 720 mm, zewnętrzne: 1903 x 798 x 1248 mm; maksymalna wysokość na stelażu: 2358 mm;
 - b) wewnętrzne: 1793 x 600 x 650, zewnętrzne: 1970 x 792 x 1455 mm, maksymalna wysokość na stelażu: 2235 mm;
 - c) wewnętrzne: 1840 x 600 x 700, zewnętrzne: 1990 x 840 x 1450 mm, maksymalna wysokość na stelażu: 2135 mm?
2. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę bez przeszklonych szyb bocznych, natomiast z konstrukcją w postaci podwójnej ściany, której wewnątrz pozostaje w podciśnieniu, zabezpieczając dodatkowo wewnątrz oraz stronę zewnętrzną przed skażeniem w przypadku rozszczelnienia komory?
3. Czy Zamawiający zgodzi się, aby część mediów mogła być doprowadzona poprzez ścianę tylną?
4. Czy Zamawiający dopuści sterownik przepływu powietrza, który automatycznie reguluje prędkość nawiewu wraz ze stopniem zapchania filtrów (kompensacja przepływu powietrza)? Prędkość przepływu powietrza w tym przypadku utrzymywana jest na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo mikrobiologiczne II klasy, czyli ≈ 0.5 m/s?
5. Czy Zamawiający zgodzi się na sterownik przepływu powietrza umożliwiający ustawienie w zakresie 0,25 do 0,55 m/s?
6. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę, która posiada zamiast filtrów ULPA filtry HEPA?
7. Czy Zamawiający zgodzi się na elementy malowane bez pokrycia antybakteryjnego?
8. Czy Zamawiający zgodzi się na instrukcję obsługi w języku angielskim?
9. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o jeden lub dwa tygodnie?

10. Czy Zamawiający zgodzi się na reakcję serwisu w przeciągu 72 godzin od daty zgłoszenia?

Zadanie nr 19 Autoklaw pionowy:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na autoklaw z komorą o pojemności 75 litrów ?
2. Czy Zamawiający zgodzi się na średnicę komory wynoszącą 400 mm oraz głębokość komory 600 mm?
3. Czy Zamawiający zgodzi się na autoklaw o wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. x wys.): 1200 x 600 x 1305 mm?
4. Czy Zamawiający zgodzi się na pokrywę, która jest otwierana/zamykana horyzontalnie? Pokrywa w pozycji otwartej znajduje się w obrębie obudowy autoklawu. Takie rozwiązanie zabezpiecza Operatora przed niepotrzebnym nachyleniem się nad komorą w trakcie otwarcia i wdychania oparów. Przesuwana oburącz pokrywa wymusza odsunięcie się Operatora od komory sterylizacyjnej podczas otwierania.
5. Czy Zamawiający dopuści system uszczelniania z zastosowaniem pneumatycznej uszczelki?
6. Czy Zamawiający zgodzi się na kolorowy i dotykowy wyświetlacz LCD umieszczony na specjalnym ramieniu pionowym, umożliwiającą obserwację i ustawianie parametrów pracy zarówno przy otwartej jak i zamkniętej pokrywie. Takie umiejscowienie wyświetlacza w żadnym stopniu nie naraża na zalanie.
7. Czy Zamawiający zgodzi się na wydajny system chłodzenia złożony ze specjalnego wymiennika ciepła oraz wentylatora umieszczonych w pokrywie autoklawu? Takie rozwiązanie gwarantuje skuteczne chłodzenie wsadu oraz nie zajmuje dodatkowego miejsca w komorze. Ponadto nie naraża Użytkownika na dodatkowe koszty związane z wymianą zakamienionej wężownicy.
8. Czy Zamawiający zgodzi się na chłodzenie kondensatu do temperatury bezpiecznej dla rur kanalizacyjnych PCV nie odpornych na wysoką temperaturę, czyli poniżej 70°C? Regulacja temperatury kondensatu jest niepotrzebną funkcją, która naraża Użytkownika na większe koszty eksploatacji.
9. Czy Zamawiający zgodzi się na drukarkę termiczną? Autoklaw umożliwia przenoszenie i zgrzywanie danych na komputer, z którego mogą być drukowane na dowolnej drukarce.
10. Czy Zamawiający zgodzi się na oprogramowanie komputerowe z komunikatami w języku angielskim?
11. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o jeden lub dwa tygodnie?

Wykonawca nr 10:

Zadanie nr 3 - Łaźnia wodna z wytrząsaniem:

1. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem z amplitudą 20 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem o prędkości 10-200 obr./min.?
3. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem o wymiarach wanny: 46 x 32 x 15 cm?
4. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem o pojemności 22 l?

Zadanie nr 17 – Termomikser:

1. Czy Zamawiający dopuści termomikser z blokiem na 35 probówek typu Eppendorf 1,5 ml?
2. Czy Zamawiający dopuści termomikser o zakresie termostatowania od +5°C pow. tem. otoczenia do 100°C?
3. Czy Zamawiający dopuści termomikser o zakresie temperatur od +0°C do 100°C?
4. Czy Zamawiający dopuści termomikser o wymiarach: 23 x 17 x 13 mm?

Pytania do SIWZ:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do oferty przetargowej instrukcji obsługi w języku polskim dla oferowanych urządzeń?

Wykonawca nr 11:

Zadanie nr 6 - komora laminarna z pionowym przepływem powietrza.

1. Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach zewnętrznych: 1350 x 860 x 1500 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach przestrzeni roboczej: długość blatu 1194mm, szerokość 600 mm, wysokość części roboczej komory: 700mm?
3. Czy Zamawiający dopuści komorę z szybą frontową nachyloną pod kątem 7°?
4. Czy Zamawiający dopuści komorę, bez funkcji powiadomienia użytkownika za pomocą zmieniającego się koloru tła ekranu wyświetlacza LCD, o bezpiecznych warunkach pracy?

Wykonawca nr 12:

Zadania nr 16:

- p.1.7 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o pojemności komory 1711 i wymiarach wewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 555 x 500 x 670mm?

p. 1.8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w pompę o wydajności 290l/min? Wydajność pompy jest dobierana przez producenta urządzenia tak aby zapewnić jak najlepsze efekty mycia i uzależniona jest w znacznym stopniu od konstrukcji komory.

p. 1.8 - Czy Zamawiający pisząc o mocy grzałek 7kW ma na myśli moc minimalną czy maksymalną?

p. 1.9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne oraz możliwość doposażenia w przyszłości w 3 pompę?

p. 1.14 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w system suszenia przy pomocy nadmuchu gorącego powietrza rozwiązaniem znacznie nowocześniejszym niż suszenie termodynamiczne przy pomocy grzałek umieszczonych w komorze?

p. 1.18 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym max. Poziom hałasu jest na poziomie 56dB, co niewiele odbiega od zapisów SIWZ?

p. 1.28 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 1.28 na "Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin w dni robocze od jej zgłoszenia?" Pozostawienie zapisu w dotychczasowej formie powoduje, że awarie zgłoszone w Pt o godz. 17 powinny zostać usunięte do Nd do godz. 17 co jest zadaniem niewykonalnym w systemie pracy serwisów. Taki zapis pozostanie możliwy do spełnienia jedynie w formie deklaratywnej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Wykonawca nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatu.

Wykonawca nr 2:

Ad. 1, zad. nr 6 – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory o wymiarach innych niż wyspecyfikowane w wymaganiach szczegółowych dla zadania.

Ad. 2, zad. nr 15 – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory o wymiarach innych niż wyspecyfikowane w wymaganiach szczegółowych dla zadania.

Ad. 3, zad. nr 15 – Zamawiający nie dopuści urządzenia bez powłoki antybakteryjnej.

Wykonawca nr 3:

Zadanie nr 5:

Ad. 1 – Zamawiający nie dopuści zamrażarki ze względu na ergonomię użytkowania urządzenia.

Ad. 2 – Zamawiający nie dopuści zamrażarki o proponowanych parametrach. W specyfikacji podano określone wymiary oraz zakres dopuszczalnych wymiarów urządzenia.

Ad. 3 – Zamawiający nie dopuści zamrażarki o wadze 270 kg. Komora musi być stalowa, a to powoduje wyższy ciężar.

Zadanie nr 13:

Ad. 1 – Zamawiający dopuści chłodziarkę z cyfrowym wyświetlaczem LED z zachowaniem pozostałych wymagań.

Zadanie nr 16:

Ad. 1 – Zamawiający dopuszcza zmywarkę o wymiarach nieznacznie różniących się od podanych wymiarów zewnętrznych.

Ad. 2 – Zamawiający nie dopuści zmywarki o innych wymiarach wewnętrznych niż wyspecyfikowane, z uwagi na posiadane wózki do zmywarki pasujące do sprzętu o wyspecyfikowanych wymiarach wewnętrznych.

Ad. 3 – Zamawiający nie dopuści zmywarkę z grzałkami o mocy 5,7 kW. Wyspecyfikowana moc jest najbardziej optymalna dla specyfiki pracy. Słaba moc wydłuży czas mycia.

Ad. 4 – Zamawiający nie dopuści zmywarki z grzałkami o mocy 8 kW. 8 kW jest to moc, która przekracza dopuszczalne obciążenie sieci w pomieszczeniu. Wymagana moc grzałek (7 kW) zmywarki w połączeniu z innym wyposażeniem znajdującym się w docelowym pomieszczeniu daje optymalne obciążenie, które nie powoduje zaników mocy.

Ad. 5 – Zamawiający nie dopuści zmywarki o większym poziomie hałasu 56 dB to poziom hałasu, który wraz z innymi urządzeniami znajdującymi się w tym pomieszczeniu daje wyczuwalną głośność.

Ad. 6 – Zamawiający dopuści zmywarkę z zaoferowanymi detergentami.

Wykonawca nr 4:

Zadanie nr 6:

Ad. 1 – Zamawiający nie dopuści komory o wymiarach zewnętrznych: szer. 1300 x gł. 798 x wys. 1550 mm.

Ad. 2 – Zamawiający nie dopuści komory o wymiarach wewnętrznych: szer. 1200 x gł. 630 x wys. 780 mm.

Ad. 3 – Zamawiający nie dopuści komory ze ścianami bocznymi pełnymi.

Ad. 4 – Urządzenie wyposażone w co najmniej dwa wentylatory.

Ad. 5 – Zamawiający dopuszcza wyświetlacz LED.

Ad. 6 – Komora musi posiadać certyfikat EN 12 469, kopię należy dołączyć do oferty.

Ad. 7 – Zamawiający nie dopuszcza blatu perforowanego wykonanego ze stali nierdzewnej dzielonego na segmenty.

Ad. 8 – Zamawiający nie ujął w specyfikacji podanego wymogu.

Ad. 9 – Zamawiający nie dopuści komory z szybą przednią podnoszoną na zawiasach.

Ad. 10 – Zamawiający nie ujął w specyfikacji podanego wymogu.

Zadanie nr 15:

Ad. 1 – Zamawiający nie dopuszcza komory o innych wymiarach zewnętrznych.

Ad. 2 – Zamawiający nie dopuszcza komory o innych wymiarach wewnętrznych.

Ad. 3 – Zamawiający nie dopuszcza komory ze ścianami bocznymi pełnymi.

Ad. 4 – Zamawiający nie dopuści komory wyposażonej w filtry HEPA.

Ad. 5 – Zamawiający nie wymaga przedstawionej w zapytaniu funkcji szyby.

Ad.6 – Zamawiający wymaga, aby komora wyposażona była w jeden wentylator stałoprądowy.

Zadanie nr 17:

Ad. 1 – Zamawiający nie dopuszcza termobloka o wymiarach: 22 x33 x 9,5 cm.

Ad. 2 – Urządzenie nie musi posiadać co najmniej 30 programów.

Wykonawca nr 5:

Zadanie nr 6:

Ad. 1 – Zamawiający nie dopuści komory o szerokości zewnętrznej 790 mm, umożliwiającej jej wniesienie przez drzwi o szerokości 800 mm. łaźnię wodną z wytrząsaniem z amplitudą 20 mm. Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach nie większych niż 1400 x 760 x 1300 mm.

Ad. 2 – Zamawiający dopuszcza komorę z czytelnym, kolorowym wyświetlaczem LCD – sterownikiem z przyciskami dotykowymi w formie tabletu.

Termin dostawy:

Ad. 1 - Zamawiający informuje, że ostateczny termin dostawy sprzętu laboratoryjnego, dla wszystkich zadań częściowych opisanych w SIWZ zostaje zmieniony z 13.12.2013 r. na 20.12.2013 r. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby wraz z dostawą sprzętu, Wykonawca dostarczył do Zamawiającego (do siedziby w Bydgoszczy) fakturę za nabywany sprzęt.

Wykonawca nr 6:

Zamawiający informuje, że ostateczny termin dostawy sprzętu laboratoryjnego, dla wszystkich zadań częściowych opisanych w SIWZ zostaje zmieniony z 13.12.2013 r. na

20.12.2013 r. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby wraz z dostawą sprzętu, Wykonawca dostarczył do Zamawiającego (do siedziby w Bydgoszczy) fakturę za nabywany sprzęt.

Wykonawca nr 7:

Ad. 1 - Zamawiający nie dopuści autoklawu o pojemności 85 l.

Ad. 2 – Zamawiający nie dopuści autoklawu o wymiarach komory 380 mm szerokość 690 mm.

Ad. 3 – Zamawiający nie dopuści autoklawu o wymiarach zewnętrznych: szer. 73 x wys. 100 x gł. 70 cm.

Ad. 4 – Zamawiający wymaga, aby autoklaw był wyposażony w dwie niezależne sondy do jeszcze lepszego monitorowania temperatury w sterylizowanych wsadach.

Ad. 5 – Zamawiający nie dopuści autoklawu, który pracuje w zakresie temperatur 105-140⁰C z dokładności do 0,1⁰C.

Ad. 6 - Zamawiający informuje, że ostateczny termin dostawy sprzętu laboratoryjnego, dla wszystkich zadań częściowych opisanych w SIWZ zostaje zmieniony z 13.12.2013 r. na 20.12.2013 r. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby wraz z dostawą sprzętu, Wykonawca dostarczył do Zamawiającego (do siedziby w Bydgoszczy) fakturę za nabywany sprzęt.

Ad. 7 – Zamawiający nie dopuści autoklawu, w którym czas sterylizacji można regulować w zakresie 1-99 minut.

Ad. 8 – Zamawiający nie wymaga dostarczenia konwertera moxa, jeżeli autoklaw nie wymaga zastosowania takiego konwertera do podłączenia z komputerem.

Wykonawca nr 8:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie inkubatorów o proponowanych parametrach spełniających wszystkie pozostałe wymagania ujęte w SIWZ.

Wykonawca nr 9:

Zadanie nr 5:

Ad. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na zamrażarkę, której pojemność wynosi 505 litrów.

Ad. 2 – Zamawiający nie wyraża zgody na zamrażarkę z 4 niezależnymi sekcjami wewnętrznymi, w których można umieścić dodatkowe półki.

Ad. 3 – Zamawiający nie wyraża zgody na rozwiązanie, w którym skuteczny system chłodzenia umieszczony jest w półkach.

Ad. 4 – Zamawiający nie wyraża zgody na izolację z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości wstrzykiwanej pod ciśnieniem.

Ad. 5 – Zamawiający informuje, że dane mają być rejestrowane na urządzeniu na stałe zintegrowane z zamrażarką. Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, ale tylko do archiwizacji tych danych. Zamawiający nie wyraża zgody na nie podawanie lat monitorowanych wartości.

Ad. 6 – Zamawiający nie wyraża zgody na wymiary zewnętrzne: wys. 1840 x szer. 970 x gł. 960.

Ad. 7 – Zamawiający nie wyraża zgody na instrukcję obsługi w języku angielskim.

Ad. 8 – Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o jeden lub dwa tygodnie.

Ad. 9 – Zamawiający nie wyraża zgodę na reakcję serwisu w przeciągu 72 godzin od daty zgłoszenia.

Zadanie nr 6:

Ad. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę laminarną, której wymiary zewnętrzne wynoszą: szer. 1303 x gł. 798 x wys. 1248 mm.

Ad. 2 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę laminarną, której wymiary zewnętrzne wynoszą: szer. 1360 x gł. 792 x wys. 1455 mm.

Ad. 3 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę laminarną, której wymiary zewnętrzne wynoszą: szer. 1380 x gł. 840 x wys. 1450 mm.

Ad. 4

a – Zamawiający nie wyraża zgody na wymiary przestrzeni roboczej: szer. 120 x gł. 65 x wys. 72 cm.

b – Zamawiający nie wyraża zgody na wymiary przestrzeni roboczej: szer. 118,3 x gł. 60 x wys. 65 cm.

c – Zamawiający nie wyraża zgody na wymiary przestrzeni roboczej: szer. 123 x gł. 60 x wys. 70 cm.

Ad. 5 – Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie komory bez zaokrąglonej krawędzi wewnętrznych.

Ad. 6 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę bez przeszklonych szyb bocznych, natomiast z konstrukcją w postaci podwójnej ściany, której wewnątrz pozostaje w podciśnieniu, zabezpieczając dodatkowo wewnątrz oraz stroną zewnętrzną przed skażeniem w przypadku rozszczelnienia komory.

Ad. 7 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę, której szyba nachylona jest pod kątem 4 stopni.

Ad. 8 – Zamawiający nie wyraża zgody na monochromatyczny wyświetlacz LCD.

Ad. 9 – Zamawiający nie wyraża zgody na rozwiązanie, w którym wszelkie stany alarmowe sygnalizowane są przed dedykowane kolorowe diody.

Ad. 10 – Zamawiający nie wyraża zgody na instrukcję obsługi w języku angielskim.

Ad. 11 – Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o jeden lub dwa tygodnie.

Ad. 12 – Zamawiający nie wyraża zgodę na reakcję serwisu w przeciągu 72 godzin od daty zgłoszenia.

Zadanie nr 10:

Ad. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na inkubator o pojemności 242 litry.

Ad. 2 – Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o proponowanych wymiarach.

Ad. 3 – Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o proponowanych wymiarach.

Ad. 4 – Zamawiający nie wyraża zgody, aby wewnątrz było wykonane ze stali nierdzewnej, natomiast strona zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo.

Ad. 5 – Zamawiający nie wyraża zgody na inkubator z jednymi drzwiami zewnętrznymi, bez podziału na skrzydła.

Ad. 6 – Zamawiający wyraża zgodę na wyświetlacz monochromatyczny.

Ad. 7 – Zamawiający nie wyraża zgody na instrukcję obsługi w języku angielskim.

Ad. 8 – Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o jeden lub dwa tygodnie.

Ad. 9 – Zamawiający wyraża zgodę na reakcję serwisu w przeciągu 72 godzin od daty zgłoszenia.

Zadanie nr 15:

Ad. 1 – Z uwagi na dużą różnicę w maksymalnej wysokości na stelażu zamawiający nie zgadza się na zaproponowane warianty.

Ad. 2 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę bez przeszklonych szyb bocznych, natomiast z konstrukcją w postaci w podwójnej ściany, której wewnątrz pozostaje w podciśnieniu, zabezpieczając dodatkowo wewnątrz oraz stroną zewnętrzną przed skażeniem w przypadku rozszczelnienia komory.

Ad. 3 – Zamawiający wyraża zgodę, aby część mediów mogła być doprowadzona poprzez ścianę tylną.

Ad. 4 – Zamawiający dopuści sterownik przepływu powietrza, który automatycznie reguluje prędkość nawiewu wraz z stopniem zapchania filtrów.

Ad. 5 – Zamawiający wyraża zgodę na sterownik przepływu powietrza umożliwiający ustawienie w zakresie 0,25 do 0,55 m/s.

Ad. 6 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę, która posiada zamiast filtrów ULPA filtry HEPA.

Ad. 7 – Zamawiający nie wyraża zgody na elementy malowane bez pokrycia antybakteryjnego.

Ad. 8 – Zamawiający nie wyraża zgody na instrukcję obsługi w języku angielskim.

Ad. 9 – Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o jeden lub dwa tygodnie.

Ad. 10 – Zamawiający wyraża zgodę na reakcję serwisu w przeciągu 72 godzin od daty zgłoszenia.

Zadanie nr 19:

Ad. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na autoklaw z komorą o pojemności 75 litrów.

Ad. 2 – Zamawiający wyraża zgodę na średnicę komory wynoszącą 400 mm oraz głębokość komory 600 mm.

Ad. 3 – Zamawiający nie wyraża zgody na autoklaw o wymiarach zewnętrznych: szer. 1200 x gł. 600 x wys. 1305 mm.

Ad. 4 – Zamawiający nie wyraża zgody na pokrywę, która jest otwierana/zamykana horyzontalnie.

Ad. 5 – Zamawiający nie dopuści system uszczelniania z zastosowaniem pneumatycznej uszczelki.

Ad. 6 – Zamawiający nie wyraża zgody na kolorowy i dotykowy wyświetlacz LCD umieszczony na specjalnym ramieniu pionowym.

Ad. 7 – Zamawiający nie wyraża zgody na wydajny system chłodzenia złożony ze specjalnego wymiennika ciepła oraz wentylatora umieszczonego w pokrywie autoklawu.

Ad. 8 – Zamawiający nie wyraża zgody na chłodzenie kondensatu do temperatury bezpiecznej dla rur kanalizacyjnych PCV nie odpornych na wysoką temperaturę, czyli poniżej 70⁰ C.

Ad. 9 – Zamawiający nie wyraża zgody na drukarkę termiczną.

Ad. 10 – Zamawiający nie wyraża zgody na oprogramowanie komputerowe z komunikatami w języku angielskim.

Ad. 11 – Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o jeden lub dwa tygodnie.

Wykonawca nr 10:

Zadanie nr 3:

Ad. 1 – Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem z amplitudą 20 mm.

Ad. 2 – Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem o prędkości 10-200 obr./min.

Ad. 3 – Zamawiający nie dopuści łaźni wodnej z wytrząsaniem o wymiarach wanny: 46 x 32 x 15 cm.

Ad. 4 – Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem o pojemności 22 l.

Zadanie nr 17:

Ad. 1 – Zamawiający nie dopuści termomikser z blokiem na 35 probówek typu Eppendorf 1,5 ml.

Ad. 2 – Zamawiający dopuści termomikser o zakresie termostatowania od + 5⁰ C pow. tem. otoczenia do 100⁰ C.

Ad. 3 – Zamawiający dopuści termomikser o zakresie temperatur od +0⁰ C do 100⁰ C.

Ad. 4 – Zamawiający nie dopuści termomikser o wymiarach: 23 x 17 x 13 mm.

Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty przetargowej instrukcji obsługi w języku polskim dla oferowanych urządzeń.

Wykonawca nr 11:

Ad. 1 – Zamawiający nie dopuści komory o wymiarach zewnętrznych : 1350 x 860 x 1500 mm.

Ad. 2 – Zamawiający nie dopuści komory o wymiarach przestrzeni roboczej: długość blatu 1194 mm, szerokość 600 mm, wysokość części roboczej komory: 700 mm.

Ad. 3 - Zamawiający nie dopuści komory z szybą frontową nachyloną pod kątem 7⁰.

Ad. 4 – Zamawiający nie dopuści komory bez funkcji powiadomienia użytkownika za pomocą zmieniającego się koloru tła ekranu wyświetlacza LCD, o bezpiecznych warunkach pracy.

Wykonawca nr 12:

Zadanie nr 16:

Ad. 1 – Zamawiający nie dopuści do oceny urządzenie o pojemności komory 171 l i wymiarach wewnętrznych: szer. 555 x gł. 500 x wys. 670 mm.

Ad. 2 – Zamawiający nie dopuści do oceny urządzenie wyposażone w pompę o wydajności 290 l/min.

Ad. 3 - Zamawiający miał na myśli moc maksymalną.

Ad. 4 – Zamawiający nie dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne oraz możliwość doposażenia w przyszłości w 3 pompę.

Ad. 5 – Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w system suszenia przy pomocy nadmuchu gorącego powietrza rozwiązaniem znacznie nowocześniejszym niż suszenie termodynamiczne przy pomocy grzałek umieszczonych w komorze.

Ad. 6 – Zamawiający nie opuści do oceny urządzenie, w którym max. poziom hałasu jest na poziomie 56 dB.

Ad. 7 – Zamawiający wyraża zgodę na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 72 godzin w dni robocze od jej zgłoszenia.

Zamawiający uprzejmie informuje, że ostateczny termin dostawy sprzętu laboratoryjnego, dla wszystkich zadań częściowych opisanych w SIWZ zostaje zmieniony z 13.12.2013 r. na 20.12.2013 r.


Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby wraz z dostawą sprzętu, Wykonawca dostarczył do Zamawiającego (do siedziby w Bydgoszczy) fakturę za nabywany sprzęt.

Pragniemy również poinformować, iż termin otwarcia ofert zostaje przełożony z 18.11.2013 r. na 20.11.2013 r. Pozostałe warunki i wymagania Zamawiającego pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kujawsko - Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Roman Ratyński

 fax + poczta + @ + WWW