

**Pismo: WIWa.272.10.2014/4**

Bydgoszcz dnia: 2014-05-08

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-04-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Produkty z tworzyw sztucznych I,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 worki autoklawowalne na odpady o wymiarach 305x660 mm pakowane po 200 lub 500 szt. i przeliczenie zapotrzebowania?
2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści pipety serologiczne pakowane indywidualnie w opakowaniach zbiorczych:
  - poz. 2 pipeta 5 ml - pakowana po 250 szt.,
  - poz. 3 pipeta 10 ml - pakowana po 200 szt.,
  - poz. 4 pipeta 25 ml - pakowana po 100 szt.?
3. Pytanie do zad. nr 2- Czy Zamawiający dopuszcza czy pakowane w zgrzewki plastikowe (papier - folia )?

Z naszego doświadczenia wynika, że produkty pakowane w torebki strunowe są aseptyczne ( SAL 10-3 ) a nie sterylne ( SAL 10-6).

4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 "Pipety wielomiarowe z polistyrenu" dopuszcza w poz. nr 4 wielkość opakowania zbiorczego 50 sztuk?

5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 "Plastiki I" dopuszcza w poz. 3 wielkość op. 50 sztuk i czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 4 pozycje: 1, 2, 3, 4, 8 i 9 i stworzy odrębny pakiet co podniesie konkurencyjność postępowania przetargowego i umożliwi oferentom złożenie najkorzystniejszych ofert.

6. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 "Butelki do hodowli komórkowej" dopuszcza w poz. nr 1 wielkość opakowania 10 sztuk?

7.. dot. zad. nr 3

Czy Zamawiający dopuści złożenia oferty na płytki i folie pakowane oddzielnie i oddzielnie wycenione? Jeżeli tak, to prosimy o dopuszczenie folii pakowanej po 100 szt. i odpowiednie przeliczenie zapotrzebowania.

8.. dot. zad. nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pipet pakowanych odpowiednio poz. 1-3 po 25 szt., poz. 4 po 20 szt. W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o zwiększenie ilości w poz. 4 do 68 opakowań, która to ilość pozwoli na zaoferowanie pełnych opakowań zarówno po 25 szt. jak i po 20 szt.

9.. dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt. 3.2 SIWZ zadanie nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, jakiej analizy miałby dotyczyć wymagany certyfikat?

10. Pytanie do zadania nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety wykonanej z tworzywa z powłoką antybakteryjną, w której autoklawowalny jest tylko trzon do nasadzania końcówek?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na worki autoklawowalne na odpady o wymiarach 305x660 mm, gdyż proponowane worki nie odpowiadają rozmiarom podanym w specyfikacji, nie będą pasowały na stojaki

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza pakowania pipet serologicznych w dużych opakowaniach zbiorczych, ponieważ duże opakowania zbiorcze utrudniają utrzymanie jałowości.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na ezy pakowane w zgrzewki plastikowe ( papier – folia ).

Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza pipet w opakowaniu zbiorczym a 50 szt.

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza w zad. Nr 4 w poz. Nr 3 wielkości opakowania 50 sztuk, jednocześnie nie dopuszcza stworzenia odrębnego pakietu do zadania nr 4.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza wielkość opakowania 10 szt.

Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza pakowania płytek i folii oddzielnie, oraz nie dopuszcza folii pakowanej po 100 szt.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na inne pakowanie pipet niż jak podano w specyfikacji.

Ad. 9 Zamawiający wymaga certyfikat analizy zawierający nazwę produktu, serię, datę ważności, parametry takie jak czułość  $\leq 30\text{pg}$  oraz negatywną kontrolę  $\geq 40$ .

Ad. 10 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pipety wykonanej z tworzywa z powłoką antybakteryjną, w której autoklawowalny jest tylko trzon do nasadzania końcówek.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

  
Kujawsko-Pomorski  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
Roman Ratyński