

**Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz**

Pismo: WIWa.272.12.3.2014

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2014 r.

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-06-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Sprzęt laboratoryjny,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Dotyczy zadania nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuści pompę perystaltyczną o precyzji przy wężykach 3,2 mm: 9 ml: 1,8%, 18 ml: 1%; 225 ml: 0,5%.

Powyższe wartości wynikają z karty producenta.

2. Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty instrukcji obsługi w języku angielskim natomiast do dostawy instrukcji w języku polskim?

Dotyczy zadania nr 7:

1. Czy Zamawiający dopuści regulację obrotów wentylatora w zakresie od 10% do 100% ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zadanie nr 1:

Ad. 1 – Zamawiający dopuszcza pompę perystaltyczną o precyzji przy wężykach 3,2 mm: 9 ml – 1,8 %; 18 ml – 1 %; 225 ml-0,5 %.

Ad. 2 – Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty instrukcję obsługi w języku polskim do dostawy.

Zadanie nr 7:

Ad. 1 – Zamawiający dopuści regulację obrotów wentylatora w zakresie od 10 % do 100 %.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kujawsko - Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Mieczysław Kowalik

fax + e-mail + wnt 