

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz

Pismo: WIWa.272.12.5.2014

Bydgoszcz dnia 07 czerwca 2014 r.

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu **2014-07-03** do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

Sprzęt laboratoryjny

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zadanie 5

Czy Zamawiający będzie wymagał aby lodówka miała wykonany rozkład temperatury? Jeśli tak, to w ilu punktach i w jaki zakresie?

Zadanie 1-8

Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Czy zamawiający zgodzi się na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony przez wykonawcę (dostępny w przypadku awarii w ciągu 48h)

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1, zad. nr 5 – Zamawiający będzie wymagał aby lodówka miała wykonany rozkład temperatury na każdej półce w 5 pkt. w zakresie od 2°C do 8°C.

Ad. 2, zad. nr 1-7 – Zamawiający zgodzi się na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony przez Wykonawcę (dostępny w przypadku awarii w ciągu 24h).

Ad. 3, zad. nr 8 – Zamawiający nie zgodzi się na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony przez Wykonawcę (dostępny w przypadku awarii w ciągu 24h).

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w formularzu oferty dla zadań od 2 do 8 występuje oczywista omyłka – poszczególne zadania ponumerowano liczbą 1 (w kolumnie „zadanie częściowe nr” numeracja tych zadań jest prawidłowa). Podobna sytuacja odnosi się do treści formularza cenowego w zadaniu nr 7 – w kolumnie ilość omyłkowo podano cyfrę 2, a winno być – 1 (w wymaganiach szczegółowych dla powyższego zadania figuruje liczba prawidłowa tj. - 1).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Roman Ratyński