

Pismo: WIWa.272.2.3.2014

Bydgoszcz, dnia 26 luty 2014 r.

## **ODPOWIEDŹ**

### **na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-02-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

#### **Kultury mikrobiologiczne I,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

#### **Dotyczy zadania nr 1:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłóż suchych z terminem ważności min. 2 lata?
2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, by 60 % asortymentu było w postaci granulatu dla podłóż suchych? Podłoża suche w postaci sypkiej charakteryzują się takimi samymi właściwościami użytkowymi jak podłoża w postaci granulatu.

#### **Dotyczy zadania nr 3:**

1. Czy Zamawiający dopuści pożywki gotowe w probówkach z gwintem na dwa obroty?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na warunki przechowywania: poz. 1-11, 12-14, 21 w temperaturze 2-8°C?
3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, by firma posiadała stronę internetową z możliwością ściągnięcia certyfikatu kontroli jakości pożywki, jeśli do każdej dostawy dokładany jest odpowiedni dla danej serii certyfikat?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

#### **Zad. nr 1**

**Ad. 1** – Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu ważności podłóży suchych.

**Ad. 2** – Zamawiający nie odstąpi od wymogu konieczności granulatu (z uwagi na brak przystosowania laboratorium do pożywek sypkich np. brak wyciągów).

#### **Zad. nr 3**

**Ad. 1** – Zamawiający dopuści pożywki gotowe w probówkach z gwintem na dwa obroty.

**Ad. 2** – Zamawiający nie wyraża zgody na inne warunki przechowywania.

**Ad. 3** – Zamawiający odstąpi od wymogu, aby firma posiadała stronę internetową, jeśli do każdej dostawy dokładany będzie odpowiedni dla danej serii certyfikat.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kujawsko-Pomorski  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Roman Ratyński