

**Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz**

Pismo: WIWa.272.11.3.2015

Bydgoszcz dnia: 2015-08-17

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-08-13 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Produkty z tworzyw sztucznych II.

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

Wykonawca nr 1:

1. Zadanie nr 7, poz. 1.4:

Czy Zamawiający dopuści pipetę Finnpiquette F1 wykonaną z tworzywa z powłoką antybakteryjną z możliwością autoklawowania jedynie trzonu do nasadzania końcówek zamiast całej pipety?

2. Zadanie nr 6, poz. 2 tabel punkt 5:

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli końcówki Ext 1000µl 1 op./5x96 szt., czy końcówki o innej pojemności np. 100µl pakowane 1 op./10x96 szt.

Wykonawca 2:

1. Zadanie nr 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje szalki o średnicy 94 mm i wysokości 16 mm, pakowane po 480 sztuk w kartonie?

2. Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych za opóźnienie w wykonaniu Umowy z wysokości 0,5% na 0,2% wynagrodzenia opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Wykonawca nr 1:

Ad. 1 – Zamawiający dopuści pipetę Finnpipette F1 wykonaną z tworzywa z powłoką antybakteryjną z możliwością autoklawowania jedynie trzonu do nasadzania końcówek zamiast całej pipety.

Ad. 2 – Zamawiający miał na myśli końcówki do pipet Finnpipette Flex, o poj. 1000µl i długości 8,7 cm, sterylne, z filtrem, op.=10x96 szt.

Wykonawca nr 2:

Ad. 1 – Zamawiający nie zaakceptuje innych wymiarów szalek Petriego. Wyraża zgodę na inne pakowanie płytek.

Ad. 2 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kujawskiego - Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Mieczysław Kowalik

System ProPublico © Datacomp