

Pismo: WIWa.272.10.3.2016

Bydgoszcz dnia: 2016-10-11

**O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Upzejmie informujemy, iż w dniach 05-11.10.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na **Sprzęt laboratoryjny**.

Treści wspomnianych prośb są następujące:

WYKONAWCA 1.:

1. Czy Zamawiający dopuści w wyposażeniu wirówki wirnik horyzontalny 4x100 ml oraz wirnik kątowy 4x250 ml z pojemnikami na 100 ml, oraz probówkę z polipropylenu 100 ml z podkładką, jako lepszy parametr? -reszta parametrów bez zmian
2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o większej pojemności niż 500 ml jako lepszy parametr?
3. W związku z tym, że wymiary szerokości i długości poniżej 70 cm jest wskazaniem na konkretnego producenta zwracamy się do Zamawiającego o rozszerzenie tego parametru na: "wymiary szerokości i długości poniżej: w zakresie 70-80 cm"
4. Mając na uwadze własne i wielu naszych Odbiorców negatywne doświadczenia związane ze zbyt dużą ilością dostępnych programów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wirówkę z 15 programami +program precooling jako wystarczająca ilość nie wprowadzającą chaosu do codziennego użytkowania wirówki, szczególnie, że zwykle programuje się 5-6 programów w codziennym użytkowaniu.?
5. Mając na uwadze fakt , że funkcja rejestrowania parametrów wirowania jest cechą nie mającą praktycznego zastosowania w praktyce laboratoryjnej w temacie "wirowanie" i jest tylko cechą wyróżniającą konkretnego producenta oraz mając na uwadze zachowanie zasad uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wirówki nie posiadającej tej funkcji.
6. Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez funkcji opóźnionego startu lecz z ekranem dotykowym TFT jako rozwiązanie nowoczesne i innowacyjne pomagające w pracy

laboratoryjnej , z komunikatami informującymi Użytkownika o stanie wirowania z odległości do 3 m , co pozwala na swobodną kontrolę procesu wirowania bez angażowania czasu i absorbowania uwagi tylko i wyłącznie na wirówce.

7. Mając na uwadze powszechność języka angielskiego w otaczającym świecie zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wirówki z menu w języku angielskim.

ODPOWIEDZI:

- Ad. 1. Zamawiający nie dopuści w wyposażeniu wirówki wirnika horyzontalnego 4x100 ml oraz wirnika kąтового 4x250 ml z pojemnikami na 100 ml, oraz próbki z polipropylenu 100 ml z podkładką, jako lepszy parametr.
- Ad. 2. Zamawiający nie dopuści wirówki o większej pojemności niż 500 ml jako lepszy parametr.
- Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie parametru na: „wymiar szerokości i długości poniżej: w zakresie 70-80 cm”.
- Ad. 4. Zamawiający nie dopuści wirówki z 15 programami + program precooling, jako wystarczającą ilość nie wprowadzającą chaosu do codziennego użytkowania wirówki, szczególnie, że zwykle programuje się na stałe tylko maksymalnie 5-6 programów.
- Ad. 5. Zamawiający nie dopuści wirówki bez funkcji rejestrowania parametrów wirowania.
- Ad. 6. Zamawiający nie dopuści wirówki bez funkcji opóźnionego startu lecz z ekranem dotykowym TFT.
- Ad. 7. Zamawiający dopuści wirówkę z menu w języku angielskim.

WYKOANWCA 2.:

1. Dotyczy zadania nr 4 - Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o zużyciu energii w ciągu 24h 0,898 kWh? Zaproponowany przez Zamawiającego model szafy chłodniczej, posiada zaoferowaną wyżej wartość zużycia energii. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDZI:

- Ad. 1. Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o mniejszym zużyciu energii niż 0,989 kWh w ciągu 24h.

WYKONAWCA 3.:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia jednolitych dokumentów (JEDZ) i innych dotyczących podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy jednocześnie nie są podmiotami na zasoby których powołuje się wykonawca?

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 Prawa zamówień publicznych: „Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) składa jednolite dokumenty

dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8."

Powyższe w odniesieniu do pozostałych dokumentów wprost potwierdza Par. 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) tj.: „Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy."

W związku z powyższym w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innemu podmiotowi, a jednocześnie nie polega na jego zasobach w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ustawodawca nie obciąża zamawiającego do żądania ww. dokumentów. Jest to wyłącznie fakultatywne uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.

2. Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
3. Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze”?
4. Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego podzespołu, a nie całego przedmiotu umowy?
5. Par. 6 ust. 2 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?
6. Par. 6 ust. 2 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "opóźnienia" na "zwłoki"?
7. Par. 6 ust. 2 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia określonego w par. 4 ust. 1 umowy”?
8. Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: "Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej."
9. Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by niniejsze uprawnienie przysługiwało w przypadku opóźnienia wynoszącego ponad 15 dni?
10. Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

ODPOWIEDZI:

- Ad. 1. Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt. 9.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jednak nie odstąpi od wymogów określonych w pozostałych punktach SIWZ dotyczących podwykonawców (pkt. 9.6-9.8).
- Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na liczenie terminu płatności faktury od daty jej wystawienia.
- Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę „godzin” na godzin w dni robocze”.
- Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego podzespołu, a nie całego przedmiotu zamówienia.
- Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów umowy.
- Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”.
- Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów umowy.
- Ad. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów umowy.
- Ad. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów umowy.
- Ad. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów umowy.

WYKONAWCA 4.:

Dotyczy zadania nr 6:

1. W punkcie 1.4 zamawiający określił materiał z jakiego ma być wykonany blok jako srebro. Czy zamawiający dopuści urządzenie z blokiem wykonanym w innej technologii (z innego materiału) niż opisany w SIWZ? Specjalna niklowa powłoka na proponowanym bloku umożliwi bardziej precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury, a tym samym większą kontrolą temperaturą całej płytki. Ponadto umożliwi uzyskanie większej szybkości grzania i większy zakres temperatur (4°C - 99°C). Proponowany blok jest funkcjonalnie równoważny do wymaganego.
2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia funkcjonalnie równoważnego, posiadającego 5 kanałów wzbudzenia i detekcji światła, które ze względów na technologię wykonania nie wymagają szóstego kanału referencyjnego dla detekcji tła? Technologia, z której wykonane jest proponowane urządzenie umożliwia zastosowanie kitów z taką samą liczbą barwników jak oczekiwane urządzenie.
3. Czy zamawiający, jako funkcjonalnie równoważne, dopuści urządzenie posiadające jako źródło światła lampę łukową? Oferowane przez nas urządzenie posiada lampę łukową jako źródło światła. Stosowana w module optycznym lampa tego typu cechuje się wysoką jakością optyczną umożliwiającą emitowanie jaśniejszego światła w porównaniu do lamp ledowych. Jaśniejsze wzbudzenie umożliwia tym samym lepszą czułość, a dodatkowe zastosowanie technologii Light Tunnel eliminuje występowanie najczęściej występujących problemów w czasie przeprowadzania reakcji PCR, tj. nierówna dystrybucja światła na płycie 96-dołkowej i pozwala na normalizację sygnału fluorescencyjnego ze wszystkich pięciu kanałów bez użycia barwnika referencyjnego. Dodatkowo proponowany układ oświetlenia umożliwia uzyskanie szerszego zakresu wzbudzenia niż w przypadku LED.

Długość fali wzbudzenia	Długość fali emisji	Barwniki fluorescencyjne
490	520	FAM, SYBR Green I
520	550	JOE, TET
550	580	TAMARA, Cy3
580	610	Texas Red, ROX, Red610
630	680	Cy5, Red670

ODPOWIEDZI:

- Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA 5.:

Dotyczy zadania nr 5:

1. Czy Zamawiający dopuszcza głębokość zewnętrzną 680 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści dołączenie instrukcji obsługi do dostawy zamiast do oferty?
3. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące czasu osiągnięcia zadanej temperatury - od jakiej wartości ma być osiągnięta temp. + 20°C w ciągu 4 minut?
4. Czy Zamawiający dopuszcza jednorodność temp. w + 20°C ± 0,4°C?
5. Prosimy o podanie wartości temperatury dla jakiej ma być przeprowadzone wzorcowanie w 5 punktach.

ODPOWIEDZI:

- Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza głębokości zewnętrznej 680 mm.
- Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na dołączenie instrukcji obsługi do dostawy zamiast do oferty.
- Ad. 3. Urządzenie powinno osiągnąć temperaturę 20°C w ciągu 4 minut przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej od 18°C do 23°C.
- Ad. 4. Zamawiający dopuszcza jednorodność temperatury w +20°C ± 0,4°C.
- Ad. 5. Wymagana temperatura, w której będzie pracował sprzęt wynosi 20°C ± 1°C.

Wykonawca 6.:

Dotyczy zadania nr 4:

1. Punkt 1.7 Czy Zamawiający dopuści zużycie energii w ciągu 24 h o wartości 0,898 kWh?
Uzasadnienie Wartość 0,898 kWh jest podawana w oryginalnych materiałach producenta urządzenia wskazanego jako referencyjne w SIWZ.
2. Punkt 1.17 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty przetargowej instrukcji w języku polskim i pozostawienie tego wymogu przy dostawie urządzeń?
3. Punkt 1.24 Prosimy o podanie wagi całkowitej, wymiarów, opisu trasy jaką ma zostać przeniesione stare urządzenie (odległość, piętra, czy jest winda i o jakich

wymiarach. Podanie tych szczegółowych informacji pozwoli na prawidłowe oszacowanie ceny oferty przetargowej za całość zadania.

4. Punkt 1.27 Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość przeglądów urządzenia wymaga Zamawiający w trakcie trwania gwarancji. Producent nie wymaga obowiązkowych przeglądów w trakcie trwania gwarancji (obejmującej serwis i naprawę) i jest to opcja dodatkowo płatna.

Dotyczy zadania nr 5:

5. Punkt 1.2 Według najnowszych materiałów producenta wyspecyfikowanego urządzenia głębokość ma wartość 680 mm, przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych wymiarów. Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę, a głębokość (wymiar zewnętrzny) 680 zamiast 670 mm?
6. Punkt 1.25 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty przetargowej instrukcji w języku polskim i pozostawienie tego wymogu przy dostawie urządzeń?
7. Punkt 1.31 Prosimy o podanie wagi całkowitej, wymiarów, opisu trasy jaką ma zostać przeniesione stare urządzenie (odległość, piętra, czy jest winda i o jakich wymiarach) . Podanie tych szczegółowych informacji pozwoli na prawidłowe oszacowanie ceny oferty przetargowej za całość zadania.
8. Punkt 1.34 Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość przeglądów urządzenia wymaga Zamawiający w trakcie trwania gwarancji. Producent nie wymaga obowiązkowych przeglądów w trakcie trwania gwarancji (obejmującej serwis i naprawę) i jest to opcja dodatkowo płatna.

Dotyczy zadania nr 7:

9. Punkt 1.24 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty przetargowej instrukcji w języku polskim i pozostawienie tego wymogu przy dostawie urządzeń?
10. Punkt 1.30 Prosimy o podanie wagi całkowitej, wymiarów, opisu trasy jaką ma zostać przeniesione stare urządzenie (odległość, piętra, czy jest winda i o jakich wymiarach). Podanie tych szczegółowych informacji pozwoli na prawidłowe oszacowanie ceny oferty przetargowej za całość zadania.
11. Punkt 1.33 Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość przeglądów urządzenia wymaga Zamawiający w trakcie trwania gwarancji. Producent nie wymaga obowiązkowych przeglądów w trakcie trwania gwarancji (obejmującej serwis i naprawę) i jest to opcja dodatkowo płatna.

ODPOWIEDŹ:

- Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zużycie energii ok. 0,898 kWh w ciągu doby.
- Ad. 2. Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty przetargowej instrukcji w języku polskim i pozostawienie tego wymogu przy dostawie urządzenia.
- Ad. 3. Wymiary urządzenia przeznaczonego do wyniesienia: wysokość 1985 mm, głębokość 730 mm, długość 860 mm, masa szafy ok. 180 kg. Urządzenie ma zostać przeniesione z II piętra do piwnicy (razem do pokonania trzy piętra). Dotychczas ekipy tragarzy pokonywały tę trasę klatką schodową z tego względu, że winda jest za mała, aby pomieścić urządzenie.

- Ad. 4. Zamawiający wymaga jednego przeglądu urządzenia w trakcie trwania gwarancji.
- Ad. 5. Zamawiający nie wyrazi zgody na głębokość 680 mm.
- Ad. 6. Zamawiający nie odstąpi od wymogu dołączenia do oferty przetargowej instrukcji w języku polskim i pozostawienie tego wymogu przy dostawie.
- Ad. 7. Zamawiający nie posiada starego urządzenia do wyniesienia.
- Ad. 8. Brak przeglądów urządzenia w trakcie trwania gwarancji.
- Ad. 9. Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty przetargowej instrukcji w języku polskim i pozostawienie tego wymogu przy dostawie.
- Ad. 10. Zamawiający nie posiada starego urządzenia do wyniesienia.
- Ad. 11. Zamawiający wymaga dwóch przeglądów urządzenia w trakcie trwania gwarancji.

Wykonawca 7:

1. Dotyczy § 4 ust. 2 punkt a) umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 2 punkt b) umowy na: „z tytułu opóźnienia w terminowym dostarczeniu przedmiotu umowy lub wykonaniu czynności serwisowych w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §4 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia”?


Uzasadnienie:

Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym.

ODPOWIEDŹ:

- Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów umowy w § 4 ust. 2. punkt a).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kujawsko - Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Mieczysław Kowalik

