

**Pismo: WIWa.272.9.3.2017**

Bydgoszcz dnia: 2017-09-08

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego, na **Produkty z tworzyw sztucznych. Zestawy diagnostyczne do badań techniką real time - PCR III,**

**Treść wspomnianej prośby jest następująca:**

Proszę o wyjaśnienie, czy w opisie do zadania 1, punkt 3. jest niezbędne zastosowanie "powłoki antybakteryjnej"? Powłoka taka jest stosowana w pipetach, w których dopuszczalna jest sterylizacja parowa tylko części dolnej pipety. Pipeta F2 nie posiada takiej powłoki, ma ją za to pipet F1.

**Odpowiedź:**

Zamawiający miał na myśli użycie wytrzymałego tworzywa „najlepiej” z powłoką antybakteryjną wychodząc naprzeciw coraz nowszym rozwiązaniom technicznym. Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania powłoki antybakteryjnej w tej klasie pipet.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kujawsko-Pomorski  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
*Jerzy Dyniek*

