

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: WIWa.272.8.2.2022

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **"Sprzęt laboratoryjny I"** – znak sprawy **WIWa.272.8.2022**.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Zamawiający, **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 - Dot. Parametru 1 B

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności użytkowej komory 400l

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o pojemności użytkowej komory 400l.

Pytanie 2 - Dot. Parametru 1 C

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych szer. 785 mm x wys. 1947 mm x gł. 1041 mm

Odpowiedź: Ze względu na małą powierzchnię docelowego

pomieszczenia, Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o wymiarach zewnętrznych szer. 785 mm x wys. 1947 mm x gł. 1041 mm

Pytanie 3 - Dot. Parametru 1 D

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych szer. 440 mm x wys. 1266mm x gł. 696mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 - Dot. Parametru 2

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w 2 sztuki zamykanych zamkiem mechanicznym drzwi wewnętrznych, urządzenie wyposażone w 4 półki (3 regulowane półki ze stali nierdzewnej i podłoga komory jako czwarta półka

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki wyposażonej w 2 sztuki zamykanych zamkiem mechanicznym drzwi wewnętrznych. Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w 4 półki (3 regulowane półki ze stali nierdzewnej i podłoga komory jako czwarta półka.

Pytanie 5 - Dot. Parametru 7

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w system dwóch niezależnie działających kompresorów. Jest to rozwiązanie znacznie bezpieczniejsze dla użytkownika niż system kaskadowy, gdyż w przypadku awarii jednego kompresora drugi jest w stanie utrzymać temperaturę na poziomie -70°C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 - Dot. Parametru 2

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w zaawansowany sterownik mikroprocesorowy z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 7" i wbudowanym systemem alarmów ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 528 litrów i wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 790 x 882 x 1993 mm oraz wymiarach wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 630 x 600 x 1400 mm?

Oferujemy urządzenie większe, więc o parametrach lepszych od wyspecyfikowanych. Zwracamy uwagę, że Zamawiający podał wymiar urządzenia bez klamki wystającej poza obrys urządzenia. Inni producenci zamrażarek podają wymiary zewnętrzne szerokości z uwzględnieniem wymiarów klamki. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 419 litrów i wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 830 x 980 x 1980 mm oraz wymiarach wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 630 x 600 x 1400 mm? Oferujemy urządzenie o podobnych parametrach jak wyspecyfikowane. Zwracamy uwagę, że Zamawiający podał wymiar urządzenia bez klamki wystającej poza obrys urządzenia. Inni producenci zamrażarek podają wymiary zewnętrzne szerokości z uwzględnieniem wymiarów klamki. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dwójką drzwi wewnętrznych i czterema poziomami przechowalniczymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji Zamrażarka niskotemperaturowa laboratoryjna i stworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Całość postępowania została podzielona na 3 zadania, z czego zamrażarka niskotemperaturowa laboratoryjna stanowi zadanie nr 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

II. MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii** działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

W wymaganiach ogólnych dla zadania nr 2 (punkt 4.2 Specyfikacji warunków zamówienia) Zamawiający dodaje zapis:

52) Wykonawca w cenie oferty zapewni odbiór zużytego sprzętu, jego transport i utylizację.

Pozostała treść zapisów Specyfikacji warunków zamówienia nie ulega zmianie.

a/a
BS