

Bydgoszcz, 03.06.2022 r.

**Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii**

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

**Pismo: WIWa.272.8.3.2022**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **"Sprzęt laboratoryjny I"** – znak sprawy **WIWa.272.8.2022**.

Zamawiający, **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 440L, umożliwiającej przechowanie większej ilości próbek przy nieznacznie większej pojemności wymaganej?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach: zewnętrzne (szer x głęb x wys) 95,5 x 89,8 x 195,0 cm; wewnętrzne

(szer x głęb. x wys.) 61,6 x 57,5 x 126,5 cm, co świadczy o znacznie lepszej izolacji niż w wymaganym modelu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 3**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z zaawansowanym sterowaniem mikroprocesowym z wyświetlaczem LED i wbudowanym systemem alarmów?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

a/a  
BS