

**Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii**

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: WIWa.272.14.2.2023

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na "**Niechemiczne artykuły medyczne - II**" – znak sprawy **WIWa.272.14.2023**.

Zamawiający, **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy: Formularza cenowego, zadanie nr 1 pozycja 1,2,5**

Czy Zamawiający dopuści końcówki w opakowaniach 5x96 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy: Formularza cenowego, zadanie nr 1 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści końcówki o pojemności 1250 µl (kompatybilne z pipetami 1000 µl) długości 90 mm i w opakowaniach po 500 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na końcówki o pojemności 1250 µl.**

### **Pytanie nr 3**

**Dotyczy: Formularza cenowego, zadanie nr 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści butelki w opakowaniach po 10 szt. (karton 10 szt.x30 op.-300 szt.) ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

### **Pytanie nr 4**

**Dotyczy: Formularza cenowego, zadanie nr 4, pozycja 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści zamknięcie strunowe zapewniające szczelność opakowania po otwarciu zamiast wymaganego przylepca?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamknięcie strunowe spełniające wymagania SWZ.**

### **Pytanie nr 5**

**Dotyczy: Formularza cenowego, zadanie nr 4, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści korek w kolorze czerwonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza korek w kolorze czerwonym**

### **Pytanie nr 6**

**Dotyczy: Projektu umowy § 2 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Umowy poprzez dopisanie w § 2 ust. 1: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto?

Uzasadnienie: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści umowy.**

### **Pytanie nr 7**

**Dotyczy: Projektu umowy § 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto?

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny

oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści umowy.**

**Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.**

**BS**