

Pismo: WIWa.272.14.1.2019

Bydgoszcz dnia, 25.10.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Produkty z tworzyw sztucznych V**, numer postępowania: **WIWa.272.14.2019**.

Dotyczy zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się w poz. 2 na zaoferowanie szalek 15 mm wysokości?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 2 opakowań szalek po 240 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 2 opakowań szalek po 240 szt.

Dotyczy zadania nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na spakowanie po 100 szt.? Czy w przypadku zgody zaokrąglić ilość oferowanych opakowań w górę, do pełnych?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na pipety pakowane po 100 szt. Jednakże zapłaci za ilość asortymentu, którą podał w specyfikacji.

Dotyczy Zadania nr 3 poz. nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 4 z zadania 3, co pozwoli na wzięcie udziału większej liczbie wykonawców, a zatem wyłonieniu najkorzystniejszej oferty?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

Dotyczy Zadania nr 8 poz. nr 1,3,5,6,7

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 8 pozycji 1, 3, 5, 6, 7 co pozwoli na wzięcie udziału większej liczbie wykonawców, a zatem wyłonieniu najkorzystniejszej oferty?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

Dotyczy Zadania nr 8 poz. nr 1

2. Czy Zamawiający w pozycji 1 zadania 8, dopuści produkt o zakresie pobieranego płynu 0,1-10µl?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o zakresie pobieranego płynu 0,1-10 µl, pod warunkiem, że końcówki będą pasowały do posiadanych pipet Finnpipette.

Dotyczy zadania nr 8, poz. nr 3

3. Czy Zamawiający w pozycji 3 zadania 8, dopuści produkt o zakresie pobieranego płynu 1-200µl?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie produktu o zakresie pobieranego płynu 1-200 µl, pod warunkiem, że końcówki będą pasowały do posiadanych pipet Finnpiquette.

Dotyczy zadania nr 8, poz. nr 5

4. Czy Zamawiający w pozycji 5 zadania 8, dopuści produkt o zakresie pobieranego płynu 100-1000µl?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie produktu o zakresie pobieranego płynu 100-1000 µl, pod warunkiem, że końcówki będą wydłużone.

Dotyczy zadania nr 8, poz. nr 6

5. Czy Zamawiający w pozycji 6 zadania 8, dopuści produkt o zakresie pobieranego płynu 100-1000µl?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie produktu o zakresie pobieranego płynu 100-1000 µl.

Dotyczy zadania nr 8, poz. nr 7

6. Czy Zamawiający w pozycji 7 zadania 8, dopuści produkt o zakresie pobieranego płynu od 2000-10 000µl, pakowany w raki po 25 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie produktu o zakresie pobieranego płynu 2000-10000 µl, pakowany w raki po 25 szt.

Dotyczy Zadania 10, poz. nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 zadania, 10 dopuści produkt o przyroście 1/10?

Odpowiedź


Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie produktu o przyroście 1/10.

Dotyczy Zadania 10, poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 50 sztuk, dopuszczając 18 opakowań produktu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie produktu pakowanego po 50 szt.

Z-ca Kujawsko - Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarza

Mieczysław Kowalik