

Znak sprawy: WIWa.272.13.2020
Pismo nr: WIWa.272.13.2.2020

Bydgoszcz dnia: 2020-08-19

P O W I A D O M I E N I E
o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony,
na: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego – I**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Dostawa sprzętu laboratoryjnego - I**, dokonuje zmian zapisów w następującym zakresie:

- a) **Zostaje doprecyzowany pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 (załącznik nr 6 do SIWZ) otrzymując brzmienie:** Ze względu na ograniczenia architektoniczne najmniejszy wymiar zewnętrzny autoklawu nie może przekraczać 89 cm, chyba że istnieje techniczna możliwość częściowego demontażu urządzenia umożliwiająca wprowadzenie go do laboratorium. Po zainstalowaniu wymiary zewnętrzne autoklawu winny wynosić: szerokość max. 120 cm, głębokość przy zamkniętych drzwiach po stronie „czystej” max. 30cm, głębokość przy zamkniętych drzwiach po stronie „brudnej” (technicznej) max. 120 cm, wysokość max. 170cm.
- b) **Zmianie ulega § 4 ust 3 projektu umowy otrzymując brzmienie:** Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie **21 dni** od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę, nie później niż do dnia 31.12.2020
- c) **Zmianie ulega § 11 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści:**
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Zamawiający przesyła na stronę internetową oraz platformę e-propublico projekt umowy oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) z naniesionymi zmianami.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

BS/BS



Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jerzy Dymek