

Bydgoszcz dnia, 27.11.2020

Znak sprawy: **WIWa.272.27.2020**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Sprzęt laboratoryjny**.

Pytanie do pakietu 6, wytrząsarka do probówek II.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z głowicą wykonaną z plastiku o wysokiej wytrzymałości, która uniemożliwia zalanie wnętrza vortexu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie z głowicą wykonaną z plastiku o wysokiej wytrzymałości, która uniemożliwia zalanie wnętrza vortexu

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z-ca Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Wojciech Młynarek



ZHW: BS/BS