

Bydgoszcz, 12.09.2022 r.

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: WIWa.272.18.2.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **"Odczynniki chemiczne - III"** – znak sprawy **WIWa.272.18.2022**.

Zamawiający, **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy zadania 4

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 5 tygodni, tj 25 dni robocze dla Części nr 8? Pozycja 5 sprowadzana jest z poza UE i termin dostawy 21 dni nie jest możliwy do dotrzymania przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dla zadania nr 4 wyraża zgodę na realizację w terminie do 35 dni kalendarzowych.

Dotyczy zadania nr 6, 7

Pytanie nr 2 -Ze względu na specyfikę produktów, nie mamy wpływu i możliwości na dostawę materiałów z konkretnie wskazanym terminem

ważności min.12 miesięcy, ze względu na to, że producent z reguły oferuje tylko jedną bieżącą serię materiału i zgodnie z polityką producenta gwarantuje datę ważności minimum 6 miesięcy. Seria zmieni się dopiero w momencie wprowadzenia kolejnej partii wzorców do sprzedaży w przypadku wyczerpania stanu magazynowego lub ponownej recertyfikacji materiałów.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców dla Zadania 6 i 7 z minimalną datą ważności minimum 6 miesięcy gwarantowana przez producenta?(Daty ważności możliwe są do zweryfikowanie przed złożeniem zamówienia) lub do ustalenia przed przyjęciem zamówienia do realizacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 Oferowane roztwory wzorcowe firmy RomerLabs nie posiadają certyfikatu zgodnego z PN - EN ISO/IEC 17025 lub PN-EN 17034:2017-03. Są natomiast przygotowywane zgodnie z systemem ISO 9001. Czy Zamawiający akceptują dostawę wzorców bez wymaganej akredytacji dla Części 6 i 7?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 8

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 5 tygodni, tj 25 dni robocze dla Części nr 8? Pozycja 5 sprowadzana jest z poza UE i termin dostawy 21 dni nie jest możliwy do dotrzymania przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dla zadania nr 8 wyraża zgodę na realizację w terminie do 35 dni kalendarzowych.

Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt.2, pdpkt.1

Pytanie nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:
„(...)2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w całości lub części w wysokości 0,2% wartości danego zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10% brutto niedostarczonego przedmiotu umowy.”

Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedzialności wynikającej z przedmiotu

zamówienia. Nie mamy możliwości wpływu na osoby trzecie, dostawy i wciąż podtrzymane obostrzenia w transporcie IATA(ze względu na pandemię), dlatego zwracamy się z prośbą o określenie górnej granicy roszczeń. Nie mamy wpływu na realizowane dostawy, które często oczekują w „kolejce” na miejsce w transporcie, zwłaszcza z poza UE.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści umowy.

Dotyczy zadania 5, 6 i 7

Pytanie 6 Materiały kontrolne i wzorce Biopure Romer Labs zgodnie z wytycznymi producenta są transportowane w opakowaniach styropianowych z wkładami chłodzącymi - czy Zamawiający wyrazi zgodę na taki sposób transportu w odniesieniu do wszystkich pozycji wymienionych w zadaniach 5, 6 i 7?

Odpowiedź: Zamawiający dla zadania 5,6,7 wyraża zgodę na transport w opakowaniach styropianowych z wkładami chłodzącymi

Dotyczy zadania 5

Pytanie 7 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów kontrolnych z załączonymi certyfikatami ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy zadania 7 Pozycja 1

Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzorca z załączonym certyfikatem sporządzonym zgodnie z zaleceniami przewodnika ISO GUIDE 31

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.