

Bydgoszcz, 01.03.2022 r.

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: WIWa.272.3.5.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Produkty z tworzyw sztucznych i zestawy diagnostyczne do badań techniką real time PCR - I"** – znak sprawy **WIWa.272.3.2022**.

Zamawiający, **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 1 i 2 dopuści inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 1 i 2 dopuści próbówki bez zamknięcia typu Safe-Lock, ale z solidnym zatrzaskowym wieczkiem, w którym przypadkowe otwarcie nie jest możliwe ? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.