

Bydgoszcz, 07.03.2022 r.

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: WIWa.272.3.6.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Produkty z tworzyw sztucznych i zestawy diagnostyczne do badań techniką real time PCR - I"** – znak sprawy **WIWa.272.3.2022**.

Zamawiający, **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami

Dotyczy: Zadanie nr 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści końcówki z certyfikatem nieuwzględniającym obecność/brak ATP ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający oczekując dostarczenia końcówek, które są już sterylne, po procesie produkcyjnym, na pewno wymaga dokumentu potwierdzającego możliwość sterylizacji/autoklawowania końcówek w 121°C ?

Nie widzimy sensu autoklawowania produktów sterylnych.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego możliwość autoklawowania w 121° C.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii** działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

- W wymaganiach ogólnych dla zadania nr 2 (punkt 4.2 Specyfikacji warunków zamówienia) wykreśleniu ulega ppkt 4.

Pozostała treść zapisów Specyfikacji warunków zamówienia nie ulega zmianie.