

**Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy**

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**Pismo WIWa.272.12.2.2024**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Odczynniki chemiczne II.

Numer referencyjny: WIWa.272.12.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1**

Zamawiający, **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1 - dotyczy zadania nr 6**

Wzorzec 10002818 U-(13C17) AFLATOXIN B1, 0.5 µg/mL, 1.2 ML, nie jest produkowany przez Romer Labs metodą zgodnie z normą ISO 17034. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wzorca 10002818 U-(13C17) AFLATOXIN B1, 0.5 µg/mL, 1.2 ML bez certyfikatu ISO 17034?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dla zadania nr 6 wymaga dołączenia do oferty przykładowego certyfikatu zawierającego co najmniej informację o stężeniu, niepewności i metodzie pomiaru zawartości natomiast do dostawy certyfikatu zawierającego co najmniej informację o stężeniu, niepewności i metodzie pomiaru zawartości.**

**Pytanie 2 - dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów DRE bez ISO17034? W załączeniu kopie przykładowych certyfikatów.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy odczynników zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.**

**Pytanie 3 - dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający akceptuje dostawę materiału z jedyną dostępną serią i datą ważności 20/10/2025 ? W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4 - dotyczy zadania nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału bez wymaganej akredytacji ISO17034/ISO17025?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dla zadania nr 6 wymaga dołączenia do oferty przykładowego certyfikatu zawierającego co najmniej informację o stężeniu, niepewności i metodzie pomiaru zawartości natomiast do dostawy certyfikatu zawierającego co najmniej informację o stężeniu, niepewności i metodzie pomiaru zawartości.**

**Pytanie nr 5 - dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający akceptuje dostawę materiału z jedyną dostępną serią i datą ważności 10/07/2026?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.