

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: WIWa.272.7.3.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sprzęt laboratoryjny I.

Numer referencyjny: WIWa.272.7.2024

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: Zadanie nr 3

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie czy jako akcesoria do młynka mają być uwzględnione:

wymagane elementy:

- młynek z kasetą standardową 900ml ze stali nierdzewnej,
- rotor 12-zębowy ze stali nierdzewnej,
- 2 sita pierścieniowe wzmocnione z oczkami trapezoidalnymi 1,0 mm.

Oraz dodatkowe wyposażenie:

- młynek z kasetą standardową 900ml ze stali nierdzewnej,

- rotor 12-zębony ze stali nierdzewnej,
- 3 sita pierścieniowe wzmocnione z oczkami trapezoidalnymi 0,5 mm,
- 1 sita pierścieniowe wzmocnione z oczkami trapezoidalnymi 1,0 mm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia elementów określonych w punkcie 27 wymagań ogólnych dla zadania nr 3 tj.

- młynek z kasetą standardową 900ml ze stali nierdzewnej,
- rotor 12-zębony ze stali nierdzewnej,
- 3 sita pierścieniowe wzmocnione z oczkami trapezoidalnymi 0,5 mm,
- 1 sita pierścieniowe wzmocnione z oczkami trapezoidalnymi 1,0 mm

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

ZMIANA TERMINU

Zamawiający **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii** działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W wymaganiach ogólnych dla zadania nr 3 wykreśleniu ulega ppkt 4,5,6,26.
2. Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia **17 czerwca 2024 r.**

W związku z powyższym, ulegają zmianie odpowiednio zapisy SWZ na treść:

Punkt 18: Termin składania ofert: 17.06.2024 r., godz. 08:00.

Punkt 19 ppkt 19.1: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2024 r., godz.08:30.

Punkt 16 ppkt 16.1: Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 16.07.2024 r.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - zamieszczone w BZP zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp

Pozostała treść zapisów Specyfikacji warunków zamówienia nie ulega zmianie.

BS/BS